



	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	
--	---	--

<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO BUCCINO (SA)</p>
--

CONTROLLO APPARECCHIATURE


Strumentazione

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata Responsabile Impianto	Approvata Responsabile IPPC
01	01/04/2014		


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :42.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 19/12/2014.						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : **41**

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO</u> <u>DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 11/12/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :40.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 4/12/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :39.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana			X		
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 19/11/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :38.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 31/10/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : **37**

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 23/10/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 36

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 16/10/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : **35**

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 30/9/2014						
Firma responsabile della manutenzione : <i>f. w. Des</i>						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ...34.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>24/9/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>FSWDco</u>						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :33.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 15/9/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :³².....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					X
Annotazioni :						
Data: 5/9/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 31

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico				X	
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 29/8/2011						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 30

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana			X		
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>8/8/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione :						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :²⁹.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 30/7/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 28

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>26/7/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>f. w. o. o.</u>						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : **27**

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 9/7/2014.						
Firma responsabile della manutenzione : <i>fi. wds</i>						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : **26**

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 27/6/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 25

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>24/6/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>f. w. o. o</u>						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :24.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 9/6/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : **23**

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 30/5/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 22

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana			X		
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 22/5/2014						
Firma responsabile della manutenzione : <i>fl w d'is</i>						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 21

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>6/5/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>f. r. d. s. o</u>						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 20

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>25/4/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>fr WDR</u>						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ...19.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 21/4/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 18

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>3/4/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>francesco</u>						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :17.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 24/3/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ...16.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 18/3/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 15.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>3/3/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>fruto</u>						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ...14.....

Posizione	Operazioni e controlli <u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico				X	
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>21/2/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ... 13

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana			X		
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 14/2/2014.						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 12

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	+				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>30/1/2014</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>f. B. D. W.</u>						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :11.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 15/1/2014						
Firma responsabile della manutenzione : 