



	C.G.S. SALERNO S.R.L. CONSORZIO GESTIONE SERVIZI	
--	---	--

<p>IMPIANTO DI DEPURAZIONE C.G.S. SALERNO S.R.L. ZONA INDUSTRIALE – LISCA DEL MOLINO BUCCINO (SA)</p>
--

CONTROLLO APPARECCHIATURE


Strumentazione

Riferimenti: PMeC par. 2.2.2. – BAT 14

Revisione	Data	Verificata	Approvata
00	02/08/2013	Responsabile Impianto 	Responsabile IPPC 

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : ... 1

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>11/9/2013</u>						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 2

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>26/9/2013</u>						
Firma responsabile della manutenzione : <u>f. w. d. o.</u>						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :³.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 11/10/2013						
Firma responsabile della manutenzione : <i>f. w. d. s. o.</i>						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 6

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>25/10/2013</u>						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :5.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana			X		
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 11/11/2013						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :⁶.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 19/11/2013						
Firma responsabile della manutenzione : <i>f. w. d. i. o</i>						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :7.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 26/11/2013						
Firma responsabile della manutenzione : 						


2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 8

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 11/12/2013						
Firma responsabile della manutenzione : <i>f. w. d. o.</i>						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° :9.....

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana		X			
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua					
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: 18/12/2013						
Firma responsabile della manutenzione : 						

2. SCHEDA DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONI

SCHEDA N° : 10

Posizione	Operazioni e controlli	FREQUENZA				
		15 giorni	30 giorni	trimestrale	semestrale	annuale
	<u>MISURATORI OSSIGENO DISCIOLTO</u>					
	Pulizia membrana					
	Controllo e taratura zero in acqua con solfito iodico					
	Controllo e taratura sensibilità in acqua	X				
	Sostituzione elettrolita e membrana					
	Sostituzione elettrodo					
Annotazioni :						
Data: <u>27/12/2013</u>						
Firma responsabile della manutenzione : 